



EG-Konformitätserklärung
 EC declaration of conformity
 Déclaration CE de conformité
 Dichiarazione CE di conformità



AQUAMETRO AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil

erklärt, dass das Produkt
 declares that the product
 déclare que le produit
 dichiara che il prodotto

Fernanzeige
 Remote display
 Affichage à distance
 Totalizzatore a distanza

AMBILL® 230 CS

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
 conforms with the regulations of the following European Council Directives:
 est conforme aux prescriptions et directives Européennes suivantes:
 è conforme alle seguenti prescrizioni e direttive Europee

2004/108/EG

EMV Richtlinie
 EMC directive
 Directive CEM
 Direttiva CEM

2006/95/EG

Niederspannungsrichtlinie
 Low voltage directive
 Directive sur la tension basse
 Direttiva bassa tensione

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:
 The following harmonised standards or normative documents have been applied:
 Les normes harmonisées ou documents normatifs suivants ont été appliqués:
 Sono state applicate le seguenti norme armonizzate o i seguenti documenti normativi:

EN 61000-6-1 / 2007, EN61000-6-2 / 2005, EN61000-6-3 / 2007, EN61000-6-4 / 2007


Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
 Generic standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
 Normes génériques - Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
 Norme specifica - grado di protezione per zone residenziali, commerciali ed industriali


EN 61010-1 / 2001

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements
 Règles de sécurité pour appareils électriques ; partie 1. Prescriptions générales
 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, regolazione e da laboratorio; Parte 1.: Esigenze generali

Benannte Stelle, Bericht Notified body, report Organisme notifié, rapport Organizzazione notificata, rapporto	Montena EMC AG 5300 Turgi	15023A / 21.01.2008
	Electrosuisse 8320 Fehraltorf	07-EL-0107-01 / 29.08. 2007

Therwil, 12.08.2008


 Hannes Bock
 Leiter Qualitätsmanagement
 Head Quality Management
 Responsable gestion de qualité
 Direttore gestione qualità


 Antonio Magliocca
 Produkt Management
 Product Management
 Management des produits
 Gestione del prodotto